

# SOFT NITRIL Black (900\*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • latexfrei • puderfrei • schwarz • unsteril • Hypoallergen  
Chemikalienschutzhandschuhe EN 374  
Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien • Lebensmittelecht

## Spezifikationen:

Material: Nitril  
Puder: Ungepudert  
Inhaltsstoffe: Hypoallergen,  
Thiuramfrei,  
keine Proteine enthalten  
Manschette: Umbördelt  
Design: Beidhändig  
Oberfläche: Angeraute  
Fingerspitzen  
Farbe: Schwarz  
Qualitätssicherung:  
PSA – EN 374 CAT III -  
Typ C, EN 420; MPG – EN  
455 Teil 1–4; EN ISO  
13485:2016

## Artikelnummer und Größe:

9002 | Small  
9003 | Medium  
9004 | Large  
9005 | Extra Large

## Verpackung:

100 Stück pro Box  
10 Boxen pro Karton

## Klassifikation:



Für weitere  
Informationen  
klicken Sie  
bitte auf  
das Bild 



## ↪ Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

## ↪ Maße

Art.-Nr.	9002	9003	9004	9005
Größe	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	84 ± 3 mm	94 ± 3 mm	105 ± 3 mm	113 ± 3 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

## ↪ Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.07 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.10 ± 0.02

## ↪ Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0
Reißdehnung (%)	min. 500	min. 400

## ↪ Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Type-Examination (Modul B) & Modul C2

SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. Ireland  
(Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel	EN374-4:2013 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-78.9

## ↪ Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
Änderungen vorbehalten.



**UNIGLOVES GERMANY**  
Arzt- & Klinikbedarf  
Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71  
D-53842 Troisdorf-Spich  
☎ +49 (0) 2241-9323-0  
✉ unigloves@unigloves.de  
🌐 unigloves.de

